

PARECER TÉCNICO - RECURSO PREGÃO 19/19

O recurso 01 fala sobre o item 28: (BOMBA DE INFUSÃO, BATERIA: POSSUI, KVO: POSSUI, ALARMES: POSSUI, BOLUS: POSSUI, PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO: POSSUI, EQUIPO: UNIVERSAL).

Um das exigências da especificação do item é que o equipamento tenha equipo universal, mas a empresa alega que a marca apresentada pela empresa vencedora não atende esta exigências.

Dessa forma conforme o site da empresa, os equipos são exclusivos da linha LF SMART, não obedecendo a característica universal solicitada no Edital. Ressalto ainda, que tal característica deve ser preservada afim de manter a compatibilidade com as bombas disponíveis em comodato pelas empresas fornecedoras de materiais médico-hospitalares para o município e também ao fato de padronização do equipamento no que inclui treinamento da equipe assistencial, garantindo maior segurança aos profissionais quanto ao manuseio do aparelho, e conseqüentemente à assistência prestada, além de possibilitar um melhor controle de gerenciamento na questão de manutenção.

O recurso 02 fala sobre os itens 66 (Esfigmomanômetro Adulto Material Confeccionado em Tecido de Algodão c/ Braçadeira e Fecho de Velcro) e 67 (Esfigmomanômetro Infantil material Confeccionado em Tecido de Algodão, Possui Braçadeiras/ Fecho de Velcro). Alguns licitantes alegam que a marca ACCUMED atende as especificações.

Rosanna Ap. G. Maia
Enfermeira
COREN MG 277782

Rosanna
30/08/19